



Secția: *Centrul de hemodializă / Comp. Hetro-*  
Număr: *12824*  
Data: *17.07.2023*  
*logie*

### Caiet de sarcini

Caiet de sarcini pentru achiziția de servicii de laborator privind efectuarea de analize chimice ale apei osmozate pentru Centrul de hemodializa

În urma apariției Anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.834/2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de dializă publice și private se impune achiziția determinărilor de laborator din apa osmozată:

- Aluminiu
- Crom
- Cupru
- Plumb

in lunile Septembrie si Decembrie in cursul anului curent.

STANDARDE DE CALITATE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ SERVICIUL OFERTAT:

- Societatea ofertanta sa dispuna de certificat de acreditare din partea Asociatiei de Acreditare din Romania - RENAR ca fiind competenta sa efectueze activitati de INCERCARI/ESANTIONARI
- personal calificat si instruit pentru efectuarea analizelor
- dotare corespunzatoare cu echipamente si aparatura de laborator necesara efectuarii încercarilor,
- echipamentele de masura fiind verificate metrologic si etalonate periodic
- reactivi si materiale de calitate corespunzatoare

PREȚUL PRODUSELOR:

Prețul produselor se va consemna în propunerea financiară și **va fi exprimat în lei fără TVA**

CONDIȚII DE LIVRARE:

Rezultatele incercarilor/determinarilor se notifica în Rapoarte de încercare la sediul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, str. dr. Dénes László nr. 2, Miercurea Ciuc, jud. Harghita, cod poștal, 530164, si la adresa de e-mail: [hemodializa@spitalmciuc.ro](mailto:hemodializa@spitalmciuc.ro)

Medic Sef sectie Nefrologie Dr Ilyés Andrea

*Dr. Ilyés Andrea*  
*medic primar nefrologie*  
*B16488*

Întocmit: Kerekes Ferenc tehnician ap. med

